

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5 - 33 / 2019 г.

по делу об административном правонарушении

25.02.2019 г.

г. Каргат.

Судья Чулымского районного суда

А.А.Асанова


рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 К РФ об АП в отношении ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ»

УСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

21.02.2019 г. с 10-00 час. до 14-00 час. при проведении плановой выездной проверки было установлено, что деятельность микробиологической лаборатории ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», связанная с использованием ПБА III - IV групп, осуществляется не на основании санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", что является нарушением ч.3 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пп.2.1.2 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней». Внутренняя отделка помещений выполнена не в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормативами. Поверхности пола, стен, потолка в лабораторных помещениях "заразной" зоны не гладкая, имеют щели, трещины, дыры, не устойчивы к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств.

Полы не имеют гидроизоляцию, линолеум местами деформирован, что является нарушением ст. 24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".



п.п.2.3.11 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», п.п.11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Окна и двери помещений "заразной" зоны лаборатории не герметичные (старые, разошедшиеся деревянные рамы). Двери не имеют запирающих устройств, что является нарушением ст. 24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пп.2.3.13 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

Лабораторная мебель (столы) в «заразной» зоне не является гладкой, имеет шероховатости и имеет покрытие, не устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях "заразной" зоны используется мебель из древесины, что является нарушением ст. 24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пп.2.3.17 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

Помещения "заразной" зоны не оборудованы бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха и поверхностей в соответствии с нормативами (облучатель имеется только в боксе), что является нарушением ст.24, ч.1,2 ст. 26 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пп.2.3.19 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 группы патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней».

Представитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе Калабухова Н.В. просит применить в отношении правонарушителя приостановление деятельности, так как выявленные нарушения являются серьезными, создают непосредственную

угрозу жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, инфекционных заболеваний.

Главный врач ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» Каракчиев В.В. признал выявленные нарушения, в течение месяца обязуется устранить все замечания. На период приостановки деятельности микробиологической лаборатории, учреждение заключит договор с ближайшими лабораториями на проведение все необходимых работ по предоставлению населению качественных услуг.

Исследовав материалы дела, считаю, что вина ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» в совершении административного правонарушения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений полностью подтверждается исследованными документами: протоколом об административном правонарушении 374 от 21.02.2019 г., распоряжением руководителя органа государственного контроля о проведении плановой выездной проверки, актом проверки от 12.02.2019 года, выпиской из ЕГРЮЛ объяснениями Каракчиева В.В., Катабуховой Н.В..

В действия юридического лица ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» усматривается правонарушение, предусмотренное ст.6.4 К РФ об АП, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

Решая вопрос о мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности административного правонарушения.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить наказания в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, ст. 29.10, ст.6.4 К РФ об АП,

ПОСТАНОВИЛ:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница»

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 К РФ об АП и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности бактериологической лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» на тридцать суток.

Срок административного приостановления деятельности нечислять с момента фактического приостановления деятельности с 14 часов 00 минут 21 февраля 2019 года.

Копию постановления направить в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в Коченевском районе, ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ».

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Новосибирский областной суд через Чулымский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья:

